



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 –
Fone: 48-32770122 – R. 202

www.pmspa.sc.gov.br – licitacoes@pmspa.sc.gov.br

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL nº 13/2009

CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS

ITENS	DESCRIÇÃO	Ref.	Qtd	Valor máx unitário R\$
01	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS (HORIZONTAL OU VERTICAL) COM EXCLUSIVO SISTEMA DE BACK UP POR 48 HORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA</p> <ul style="list-style-type: none">• Equipamento desenvolvido especificamente para o armazenamento e conservação de vacina Gabinete construído em estrutura metálica com revestimento em epóxi pó ou aço inoxidável.• Equipamento estruturado e isento de vibrações;• Isolamento térmico em poliuretano de alta densidade livre de CFC;• Porta com revestimento interno em polipropileno, isolamento térmico em poliuretano, fechamento através de perfil magnético e puxador anatômico de forma a garantir maior estabilidade da temperatura no manuseio.• Sistema de degelo automático.• Homogeneização interna da temperatura através de micro-ventiladores.• Painel eletrônico dotado de teclas de membrana tipo “soft touch”• Controlador eletrônico de temperatura micro-processado, dotado de sensor tipo NTC de alta precisão, termômetro digital, com leitor das temperaturas máximas e mínimas atingidas. Dotado de filtro contra ruídos eletro-magnéticos. Sistema monitorização de rede, que restabelece a programação original. Sistema de travamento da programação.• Alarmes áudios-visuais para temperatura baixa, temperatura alta, porta aberta e	Und	01	R\$ 9.950,00

<p>falta de energia elétrica comercial, com tecla inibidora.</p> <ul style="list-style-type: none">• Indicação visual no painel para equipamento ligado, refrigerado e alarme inibido.• Sistema de auto teste de todas as funções.• Faixa de trabalho 4°C• Iluminação interna com acionamento automático.• Chave geral, para alimentação elétrica. Fusíveis de segurança.• Voltagem 220V monofásico 50/60Hz• Capacidade interna de até 140 litros.• Sistema de emergência para falta de energia elétrica, modulo de conversão que transforma energia 12 volts (CC) em energia 220 volts (AC).• Instalado em modo stand-by junto a Câmara de Conservação, entrando em atividade automaticamente quando houver queda da energia elétrica comercial, retornando assim que a mesma for restabelecida e recarregando a bateria automaticamente.• Equipamento deverá atender requisitos estabelecidos pela ANVISA e MINISTÉRIO DA SAÚDE• Empresa deverá oferecer garantia de no mínimo 1 ano e assistência técnica credenciada.		
---	--	--

São Pedro de Alcântara, SC, 04 de agosto de 2009.

ALMIR VALÉRIO DA SILVA
Prefeito Municipal em exercício